

湖北百奥斯 (Biossci) 生物科技有限公司
武汉长衍病理科技有限公司

免疫荧光单标实验报告 (石蜡切片)

一、实验器材及试剂

1、实验器材

名称	厂家	型号
脱水机	常州市中威电子仪器有限公司	TSJ-SD
包埋机	常州市中威电子仪器有限公司	BMJ-A
病理切片机	赛默飞世尔科技有限公司	SHANDON FINESSE 325
冻台	武汉俊杰电子有限公司	JB-L5
组织摊片机	常州市中威电子仪器有限公司	PHY-III
防脱载玻片	湖北百奥斯生物科技有限公司	BP0510
荧光显微镜	奥林巴斯有限公司	BX53
成像系统	3D HISTECH	Pannoramic SCAN II
移液枪	大龙兴创实验仪器(北京)股份公 司	YE169AA0033229
组化笔	福州迈新生物技术开发有限公司	PEN-0002

2、主要试剂及货号

名称	厂家	货号
无水乙醇	国药集团化学试剂有限公司	100092683
环保透明剂	同声科技	
10× 柠檬酸抗原修 复液 (pH6.0)	湖北百奥斯生物科技有限公司	
10× EDTA 抗原修 复液 (pH9.0)	湖北百奥斯生物科技有限公司	
正常驴血清	AntGene	ANT051
TBS 缓冲盐粉	湖北百奥斯生物科技有限公司	BP0152
DAPI 溶液	Solarbio	C0060

湖北百奥斯 (Biossci) 生物科技有限公司
武汉长衍病理科技有限公司

名称	厂家	货号
荧光封片剂	Southern Biotech	0100-01

3、抗体信息

(1) 一抗信息

名称	公司	货号	浓度	修复方式	孵育条件

(2) 二抗信息

名称	公司	货号	浓度	孵育条件

注：一抗及二抗信息根据具体实验条件填写。

二、实验步骤

1、石蜡切片脱蜡至水：依次于环保脱蜡剂(1)、环保脱蜡剂(2)、环保脱蜡剂(3)中分别脱蜡 10 分钟，然后经无水乙醇、95%乙醇、75%乙醇各 5 分钟。蒸馏水洗 3 次，每次 3 分钟，然后浸洗。

2、抗原修复：根据实验条件选择合适的修复液及修复方式。

(1) 高温高压修复 (EDTA, pH9.0)：在高压锅中加入 EDTA (pH9.0) 抗原修复液，修复液的体积应浸过切片。虚盖盖子放电磁炉上加热至沸腾（电磁炉为 2100 瓦）。将脱蜡水化后的组织切片放入已沸腾的缓冲液中，盖紧盖子，稍停等气嘴顶起，加限压阀（调整电磁炉功率为 1200 瓦），待高压锅喷气后严格计时 1 分 30 秒，然后停火。冷水冲淋高压锅，气压下降后打开锅盖，待修复液自然冷却至室温（25-30℃，约 1 小时）后，将切片从修复液中取出，TBST 浸洗 3 次，每次 5 分钟。

(2) 高温高压修复 (柠檬酸, pH6.0)：在高压锅中加入柠檬酸 (pH6.0) 抗原修复液，修复液的体积应浸过切片。虚盖盖子放电磁炉上加热至沸腾（电磁炉为

湖北百奥斯 (Biossci) 生物科技有限公司
武汉长衍病理科技有限公司

2100 瓦)。将脱蜡水化后的组织切片放入已沸腾的缓冲液中, 盖紧盖子, 稍停等气嘴顶起, 加限压阀 (调整电磁炉功率为 1200 瓦), 待高压锅喷气后严格计时 2 分钟, 然后停火。冷水冲淋高压锅, 气压下降后打开锅盖, 待修复液自然冷却至室温 (25-30°C, 约 1 小时) 后, 将切片从修复液中取出, 蒸馏水浸洗 3 次, 每次 5 分钟。

(3) 微波修复: 在修复盒内加入抗原修复液 (EDTA pH9.0 或柠檬酸 pH6.0), 将脱蜡水化后的组织切片放入修复盒内, 修复液的体积应浸过切片。虚盖盖子, 将装有待修复切片的修复盒放入微波炉内, 调整微波炉的功率至高火档位, 时间设置为 3 分钟。第一轮修复结束后, 将修复盒从微波炉内取出, 待修复液自然冷却至室温 (25-30°C, 约 1 小时) 后, 再重复第一轮的修复操作, 进行第二轮与第三轮修复 (每次修复后冷却间隔时间约为 1 小时)。三次修复完成冷却后, 再将切片从修复液中取出, 蒸馏水浸洗 3 次, 每次 5 分钟。

3、**画圈**: 组化笔画圈后, 将切片置于 TBST 中。

4、**封闭**: 滴加与二抗来源一致的 10% 血清, 37°C 孵育 30 分钟。

5、**孵育一抗**: 甩去血清, 用 10% 血清稀释一抗原液, 配制成一抗工作液, 每张切片滴加 50-100 μ l (视组织大小而定) 一抗工作液, 4°C 孵育过夜。

6、**孵育二抗**: 第二天从冰箱拿出切片, 置于室温放置 15 分钟 (复温), 用 TBST 冲洗 3 次, 再浸洗 3 次, 每次 3 分钟。用 TBST 稀释二抗原液, 配制成二抗工作液, 每张切片滴加 50-100 μ l (视组织大小而定) 二抗工作液, 37°C 孵育 45 分钟。TBST 冲洗 3 次, 再浸洗 3 次, 每次 3 分钟。

7、**染核**: 除去 TBST, 每张切片滴加 50-100 μ l (视组织大小而定) DAPI 工作液 (用 DAPI 原液 1:500 配制), 避光染核 5 分钟后, 用 TBST 冲洗。

8、**封片**: 用荧光封片剂封片, 4°C 避光保存。

9、**镜检**: 显微镜下镜检, 图像采集分析。

三、结果判读

DAPI 通道细胞核为蓝色, 488 通道阳性为绿色, 555 通道阳性为橙红色, 594 通道阳性为红色, 647 通道阳性为紫红色。